



## **Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia – fabrycznie nowy aparat do badania wilgotności**

#### **APARAT DO BADANIA WILGOTNOŚCI – parametry techniczne**

- Zastosowanie: szybki i precyzyjny pomiar wilgotności bezwzględnej materiałów formatu A4
- Zakres pomiaru wilgotności: 1 – 15%
- Dokładność pomiaru: +/- 0,1 % odczytu
- Dla papierów o gramaturze 30 – 200 g/m<sup>2</sup>
- Grubość próbki papieru: do 2 mm
- Wymiary próbki min. format A4
- Posiadanie porty wyjścia: USB, RS232, Ethernet
- Oprogramowanie do kalibracji i obsługi
- Walizka ochronna do przechowywania i transportu

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony oraz zamontowany przez Wykonawcę na jego koszt w siedzibie Zamawiającego przy ul. Toruńskiej 63 a w Solcu Kujawskim ( 86 – 050 ).