


Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nowy fabrycznie aparat do pomiaru gramatury powłoki silikonowej

APARAT DO BADANIA GRAMATURY POWŁOKI SILIKONOWEJ – parametry techniczne

- laboratoryjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do szybkiego i dokładnego określania gramatury powłoki silikonowej na papierze i folii w zakresie 0,5 – 3,5 g/m² silikonu
- możliwość badania powlekanych papierów typu kraft, clay coated, glassine oraz folii PET,
- układ detekcyjny SDD,
- pomiary w środowisku powietrza (bez konieczności stosowania osłony Helu),
- automatyczny podajnik próbek - minimum 10-pozycyjny,
- pełen zestaw akcesoriów do przygotowania próbek pomiarowych,
- wbudowany komputer PC,
- oprogramowanie do kalibracji, obsługi, obróbki oraz przechowywania danych, oparte na systemie Windows 7,
- możliwość eksportowania danych poprzez złącza USB,
- możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki

PROKURENT


Ireneusz Kuźnicki