

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – przyrząd do oznaczania grubości papieru (mikrometr)

PRZYRZĄD DO OZNACZANIA GRUBOŚCI PAPIERU – parametry techniczne

- Zakres pomiarowy: 0 – 5 mm
- Pełna zgodność z aktualną normą ISO 534:
 - Stopka pomiarowa płaska o średnicy: 16 +/- 0,5 mm (powierzchnia 200 mm²)
 - Docisk: 100 +/- 10 kPa
 - Dokładność pomiaru: +/- 2,5 µm
- Język oprogramowania : polski
- Wbudowana pamięć i kalkulacja statystyk
- Certyfikat sprawdzenia i certyfikat kalibracji

PROKURENT
Coco
Ireneusz Kuźmicki